Протокол № 9
об итогах тендера по закупу медицинского изделия «Система реабилитации с сенсоневральной тугоухостью»

г. Нур-Султан, Керей, Жәнібек хандар, 5/1, конференц-зал **«10» октября 2022 года**

СОСТАВ КОМИССИИ

1. Комиссия в соответствии с приказом Исполнительного директора корпоративного фонда «University Medical Center» (далее – КФ «UMC») от 9 сентября 2022 года № 56-н/к в составе:

Аширов Каныбек Зайдинович	Исполнительный директор, председатель тендерной комиссии;
Хайрулин Бекбай Еслямович	Медицинский директор, заместитель председателя тендерной комиссии;
Дженалаев Дамир Булатович	Директор Клинического академического департамента хирургии, член тендерной комиссии;
Капасова Зару Шахметовна	Руководитель Службы лекарственного обеспечения, член тендерной комиссии;
Молдагаипова Мара Магазовна	Директор Департамента организации закупок, член тендерной комиссии,

в соответствии с главой 9-1 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила), при наличии кворума, рассмотрела представленные заявки и подвела итоги тендера по закупу медицинского изделия «Система реабилитации с сенсоневральной тугоухостью».

Секретарем комиссии назначен Одаманов Меиржан Сембекович – главный менеджер Департамента организации закупок КФ «UMC».

2. Информация об отсутствии членов комиссии с указанием причины такого отсутствия: нет.

3. Информация о привлеченном(ых) эксперте(ах):

Шакерова Мадина Бакытжановна	Заведующая аптекой стационара;
Демеева Лаззат Жумабековна	Главный менеджер Службы лекарственного обеспечения;

Хайрулин Б.Е. | Дженалаев Д.Б. | Капасова З.Ш. | Одаманов М.С.

Бекпан Алмат Жақсылықұлы	Руководитель Программы «Голова-шея» КАД хирургии.

4. Сумма, выделенная для закупки: 37 769 400,00 **(тридцать семь миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч четыреста) тенге, без учета НДС**.

№ лота	Наименование товара	Ед. измерения	Кол-во	Цена, выделенная для закупки товара, в тенге, без учета НДС	Сумма, выделенная для закупки товара, в тенге, без учета НДС
1	Система реабилитации с сенсоневральной тугоухостью	комплект	6	6 294 900,00	37 769 400,00

5. Перечень закупаемых товаров, краткая характеристика (описание), количество, сумма, выделенная для закупок, а также информация о ценовых предложениях потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения в установленные сроки, приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

6. До истечения окончательного срока предоставления заявок на участие в тендере, установленного в тендерной документации **10 часов 00 минут 03 октября 2022 года**, заявки на участие в тендере предоставлены следующими потенциальными поставщиками:

№	Наименование лота	Наименование потенциального поставщика	Адрес местонахождения потенциального поставщика	Цена за ед, тенге, без учета НДС	Дата и время предоставления заявок на участие в тендере
1	Система реабилитации с сенсоневральной тугоухостью	ТОО «САМРУК ЭЛИТ»	РК, г. Алматы, пр. Гагарина, 309, офис 55	6 199 800,00	03.10.2022 года, 09 ч. 09 мин.

После истечения окончательного срока предоставления заявок на участие в тендере, установленного в тендерной документации (после 10 часов 00 минут 3 октября 2022 года) потенциальными поставщиками конверты с заявками на участие в настоящем тендере не предоставлялись.

На вскрытии конвертов с заявками на участие в тендере представители потенциальных поставщиков не присутствовали.

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

7. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в тендере признан несоответствующим квалификационным требованиям следующий потенциальный поставщик: **отсутствует.**

ЗАЯВКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8. Заявки на участие в тендере потенциальных поставщиков, соответствующие требованиям тендерной документации:

ТОО «САМРУК ЭЛИТ».

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Хайрутдин Б.Е. | Дженалаев Д.Б. | Капасова З.Ш. | Одаманов М.С.

9. Запросы потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, юридическим и/или физическим лицам комиссией **не направлялись.**

ЭКПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10. Экспертное заключение от 07.10.2022 года приложено к настоящему протоколу.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

11. Тендерная комиссия путем голосования, при наличии кворума. **РЕШИЛА:**

1) На основании пункта 130-41 и абзаца 2 пункта 130-43 главы 9-1 Правил (подача только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации и отсутствие конкуренции по лоту) признать победителям тендера по закупу медицинского изделия «Система реабилитации с сенсоневральной тугоухостью» потенциального поставщика **ТОО «САМРУК ЭЛИТ»**, БИН 040740003690 (050026, РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом13, н.п. 290, офис 303) на сумму 37 198 800,00 (тридцать семь миллионов сто девяносто восемь тысяч восемьсот) тенге, без учета НДС.

12. Организатору тендера не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подведения итогов тендера, уведомить потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет - ресурсе Заказчика.

«За» - 4 (четыре) голоса (Аширов К.З., Хайрулин Б.Е., Дженалаев Д.Б., Капасова З.Ш.).
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Председатель комиссии **К. Аширов**

Заместитель Председателя комиссии **Б. Хайрулин**

Члены комиссии:

Д. Дженалаев

З. Капасова

Секретарь комиссии **М. Одаманов**

Приложение 1 к протоколу №9 об итогах тендера по закупкам медицинского изделия «Система реабилитации с сенсоневральной тугоухостью» от "___" октября 2022г

Сравнительная таблица по представленным заявкам потенциальных поставщиков

№ п/п	№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм-я	Количество	Цена за единицу, без учета НДС, тенге	Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге	Наименование потенциального поставщика		Соответствие	Наименование победителя закупок
								ТОО «САМРУК ЭЛИТ»			
								Заявленная цена за единицу, без учета НДС, тенге	Сумма, без учета НДС, тенге		
1	1	Система реабилитации с сенсоневральной тугоухостью	Требования к имплантату Удароустойчивый корпус имплантата. Требования к материалу корпуса и покрытия: биологическая совместимость. Количество независимых электродных каналов: до 16. Наличие возможности параллельной стимуляции. Максимальная частота стимуляции: до 83000 имп/с. Толщина имплантата: не более 4.5 мм. Возможность измерения импеданса каждого канала и телеметрия электроники имплантата. Телеметрия нервного ответа. Возможность проведения магнитно-резонансной томографии до 3 Тесла включительно. Возможность использования новых стратегий кодирования. Длина рабочей области электродной решетки: не более 35 мм Совместимость с будущими моделями речевых процессоров. Требования к речевому процессору Речевой процессор заушного типа. Цифровой тип передачи импульсов. Наличие органов управления на процессоре: - регулировка громкости; - переключение программ. Возможность подключения внешних устройств. Наличие различных стратегий кодирования сигналов. Количество программ прослушивания. Перезаряжаемые опции питания. Гарантийные обязательства, сервисное обслуживание, обучение. Гарантийное обслуживание: - наружная часть системы - речевой/звуковой процессор, не менее 3 года; - внутренняя часть системы, не менее 10 лет. Наличие сервисного гарантийного и постгарантийного обслуживания. До установки и эксплуатации товара поставщик должен обучить специалистов Заказчика по установке, настройке и тестированию товара и выдать сертификат (специалисты: хирурги, сурдологи, сурдопедагоги). Об этом Поставщик должен уведомить Заказчика не позднее 30 дней до начала обучения. Обучение специалистов Заказчика входит в стоимость товара Регулярное проведение курсов усовершенствования по системе кохлеарной имплантации для специалистов, занятых в процессе кохлеарной имплантации: хирургов, сурдологов, сурдопедагогов. Проведение курсов входит в стоимость товара. Комплект оборудования для проведения интраоперационного исследования и настроек речевых процессоров. Программное обеспечение для проведения интраоперационного исследования и настроек речевых процессоров. Наличие у поставщика сервис центров с обученным персоналом не менее, чем в 5 (пяти) крупных городах Казахстана (желательно во всех крупных региональных центрах) для оказания обслуживания и полного устранения неполадок в случае необходимости для осуществления дополнительных настроек (обусловлено невозможностью длительного ожидания для детей, проходящих речевую реабилитацию. Также последующая (плановая) замена речевого процессора потребует настройку и сервис).	комплект	6	6 294 900,00	37 769 400,00	6 199 800,00	37 198 800,00	соответствует	ТОО "САМРУК ЭЛИТ"
		ИТОГО:					37 769 400,00		37 198 800,00		

Экспертное заключение по закупу медицинских изделий от 07.10.2022 г.

№ лота	Наименование потенциального поставщика	Требования по технической спецификации Заказчика		Требования по технической спецификации потенциального поставщика		Соответствие/несоответствие технической спецификации	Номер и дата документа, подтверждающего регистрацию (при наличие)
		Наименование	Техническая характеристика	Наименование	Техническая характеристика		
1	ТОО "САМРУК ЭЛИТ"	Система реабилитации с сенсоневральной тугоухостью	Требования к импланту . Удароустойчивый корпус импланта. Требования к материалу корпуса и покрытия: биологическая совместимость. Количество независимых электродных каналов: до 16. Наличие возможности параллельной стимуляции. Максимальная частота стимуляции: до 83000 имп/с. Толщина импланта: не более 4,5 мм. Возможность измерения импеданса каждого канала и телеметрия электроники импланта. Телеметрия нервного ответа. Возможность проведения магнитно-резонансной томографии до 3 Тесла включительно. Возможность использования новых стратегий кодирования. Длина рабочей электродной решетки: не более 35 мм. Совместимость с будущими моделями речевых процессоров. Требования к речевому процессору. Речевой процессор заушного типа. Цифровой тип передачи импульсов. Наличие органов управления на процессоре: - регулировка громкости; - переключение программ. Возможность подключения внешних устройств. Наличие различных стратегий кодирования сигналов. Количество программ прослушивания. Перезаряжаемые опции питания. Гарантийные обстоятельства, сервисное обслуживание, обучение. Гарантийное обслуживание: - наружная часть системы- речевой/звуковой процессор, не менее 3 года; - внутренняя часть системы, не менее 10 лет. Наличие сервисное гарантийного и постгарантийного обслуживания. До установки и эксплуатации товара поставщик должен обучить специалистов Заказчика по установке, настройке и тестированию товара и выдать сертификат (специалисты: хирурги, сурдологи, сурдопедагоги). Об этом Поставщик должен уведомить Заказчика не позднее 30 дней до начала обучения. Обучение специалистов Заказчика входит в стоимость товара. Регулярное проведение курсов усовершенствования по системе кохлеарной имплантации для специалистов, занятых в процессе кохлеарной имплантации для специалистов, занятых в процессе кохлеарной имплантации: хирургов, сурдологов, сурдопедагогов. Проведение курсов входит в стоимость товара. Комплект оборудования для проведения интраоперационного исследования и настроек речевых процессоров. Программное обеспечение для проведения интраоперационного исследования и настроек речевых процессоров. Наличие у поставщика сервис центров с обученным персоналом не менее, чем в 5 (пяти крупных городах Казахстана (желательно во всех крупных региональных центрах) для оказания обслуживания и полного устранения неполадок в случае необходимости для осуществления дополнительных настроек (обусловлено невозможностью длительного ожидания для детей, проходящих речевую реабилитацию. Также последующая (плановая) замена речевого процессора потребует настройку и сервис)	Система кохлеарной имплантации Mi 1200 Synchrony с речевым процессором SONNET , производства компании MED-EL Elektromedizinische Gerate GmbH, Австрия	Удароустойчивый корпус импланта-наличие. Требования к материалу корпуса и покрытия биологическая совместимость-наличие. Количество независимых электродных каналов: 12. Наличие возможности параллельной стимуляции. Одновременная (параллельная) стимуляция на 2-12 электродных каналах. Максимальная частота стимуляции: 50 704 имп/с. Толщина импланта: 4,5 мм. Возможность измерения импеданса каждого канала и телеметрия электроники импланта-наличие. Телеметрия нервного ответа-наличие. Возможность проведения магнитно-резонансной томографии до 3 Тесла-наличие. Безопасное проведение МРТ с индукцией поля 0,2; 1,0; 1,5 и 3,0 тесла. Возможность использования новых стратегий кодирования-наличие. Длина рабочей области электродной решетки: 24 мм. Самые мягкие и гибкие электродные решетки, разработанные для сохранения анатомических структур и идеально подходящие для стимуляции по всей длине улитки. Совместимость с будущими моделями речевых процессоров-наличие. Речевой процессором SONNET. Речевой процессор заушного типа-наличие. Цифровой тип передачи импульсов-наличие. Наличие органов управления на процессоре-наличие- регулировка громкости-наличие. - переключение программ-наличие. Возможность подключения внешних устройств-наличие. Наличие различных стратегий кодирования сигналов-наличие. Количество программ прослушивания-4 Перезаряжаемые опции питания-наличие. Масса с двумя цинк-воздушными 675 элементами гр. 10,6; Продолжительность работы от 2х675 элементов часов 60; Снижение шума ветра Возможность подключения внешних устройств Количество спектральных полос 250; Входной динамический диапазон -85 дБ SPL,. Кабель для подключения к источникам звука (плееру, телефону и т.д.) Не менее 5 вариантов ношения РП Микрофоны -2; Аккумуляторы как источник питания	Соответствует	РК-МТ-5№016344 Дата регистрации от 01.02.2022г Дата истечения бессрочный

Члены экспертной комиссии Главный менеджер СЛО Немеева Л.Ж.

Зав. аптекой стационара Шакерова М.Б.

Руководитель "Голова-шея" КАД хирургии Бектан А.Ж.