

**Протокол № 82**  
**об итогах закупок товаров «Изделия медицинского назначения»**  
**способом запроса ценовых предложений на 2024 год**

г. Астана

20 августа 2024 года

1. Заказчик и Организатор: Корпоративный фонд «University Medical Center» (Далее - Заказчик), расположенный по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, улица Керей, Жәнібек хандар, 5/1, 010000 БИН 151 040 018 391, ИИК KZ786010111000251810, АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZKX, КБЕ 18 провел процедуру закупок медицинские изделия способом запроса ценовых предложений.

2. В соответствии с Главой 3 Раздела 2 приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее-Правил), объявление было размещено на размещенных на интернет-ресурсе Фонда ([www.umc.org.kz](http://www.umc.org.kz)).

3. Сумма, выделенная для закупки: 5 017 525,00 тенге (пять миллионов семнадцать тысяч пятьсот двадцать пятьтенге 00 тиын):

Перечень закупаемых товаров, краткая характеристика (описание), количество, сумма, выделенная для закупок, а также информация о ценовых предложениях, их торговое наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения в установленные сроки, приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

4. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении Заказчика до 10 часов 00 минут 14 августа 2024 года предоставлены конверты с ценовыми предложениями на товары следующими потенциальными поставщиками:

№	Полное наименование потенциальных поставщиков	Местонахождения потенциальных поставщиков	Дата и время представления ценовых предложений
1.	ТОО «Медтранс»	г. Костанай, ул. Урожайная 16, каб. 416 Б	11 ч. 25 мин. 12.08.2024г.
2.	ТОО «Нанофарм»	г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Еділ Ерғожин, дом 28	16 ч. 16 мин. 12.08.2024г.
3.	ТОО «Медико-Инновационные Технологии»	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 8, этаж 4	10 ч. 38 мин. 13.08.2024г.
4.	ТОО «Экспомед»	г. Астана, ул. Күйші Дина, 7, 24	9 ч. 45 мин. 14.08.2024г.

5. После истечения окончательного срока предоставления конвертов, на регистрацию (после 10.00 часов 14.08.2024 года), на участие в закупке конверты с

А. Закиров

Г. Шингожинова

заявкой по закупу Изделия медицинского назначения способом запроса ценовых предложений не представляли потенциальные поставщики.

6. На вскрытии конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков не присутствовали.

7. В ходе рассмотрения ценовых предложений потенциальных поставщиков:

1) определены соответствующими требованиям объявления, следующие потенциальные поставщики:

1. ТОО "Медтранс" по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

2. ТОО "Нанофарм" по лоту № 1;

3. ТОО «Медико-Инновационные Технологии» по лотам № 13, 14;

4. ТОО "Экспомед" по лоту № 13.

8. По результатам рассмотрения ценовых предложений всех потенциальных поставщиков. В соответствии Правил Заказчик, **РЕШИЛ:**

Признать победителем закупа товаров следующих потенциальных поставщиков:

1) В соответствии с пунктом 78 Главы 3 Раздела 2 Правил **признать победителем и заключить договор с ТОО "Медтранс", г. Костанай, ул. Урожайная 16, каб. 416 Б, по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 на сумму 3 660 000,00 тенге (три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч тенге 00 тиын);**

2) В соответствии с пунктом 78 Главы 3 Раздела 2 Правил **признать победителем и заключить договор с ТОО "Экспомед", г. Астана, ул. Күйші Дина, 7, 24, по лоту №13 на сумму 275 000,00 тенге (двести семьдесят пять тысяч тенге 00 тиын);**

3) В соответствии с пунктом 78 Главы 3 Раздела 2 Правил **признать победителем и заключить договор с ТОО «Медико-Инновационные Технологии», г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 8, этаж 4, по лоту №14 на сумму 288 000,00 тенге (двести восемьдесят восемь тысяч тенге 00 тиын);**

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям в соответствии с п. 80 Правил.

Департаменту организации закупок обеспечить исполнение настоящего протокола в порядке и сроки, установленные Главой 3 Раздела 2 Правил.


Исполнительный директор

  
К. Аширов


Директор Департамента  
лекарственного обеспечения

  
А. Закиров

Директор Департамента  
организации закупок

  
Г. Шингожинова

Менеджер департамента  
организации закупок

  
А. Кожобаева

Приложение 1 к Протоколу №82 от "20" августа 2024 года об итогах закупок товаров "Издлия медицинского назначения" Корпоративный фонд «University Medical Center»

№ п/п	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм-я	Кол-во	Цена за единицу, без учета НДС, тенге	Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС,	Потенциальный поставщик	Цена за ед-цу, тенге	Общая сумма, тенге
1	Держатель, ручка для клинка ларингоскопа	Держатели, ручки для клинка ларингоскопа. Типоразмер совместимой батареи: С (также R14, LR14, 343, Baby, UM2) Тип лампы: светодиодная, напряжение не менее 2,5 в. В комплекте батарейки размером С - не менее 4 шт. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376.	шт	5	129 415,00	647 075,00	ТОО "Медтранс"	84 000,00	420 000,00
2	Клинок для ларингоскопа Mascintosh, № 1	Клинок для ларингоскопа Mascintosh, № 1. Клинок изогнутый, с интгрированной фиброоптикой- в сечении не более 3,0x7,0мм. Иметь матовую полировку нержавеющей стали для предотвращения отражений. Не менее 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения. Интенсивность света не менее 13000 люкс/3,5В. Количество циклов обработки в автоклаве при температуре до 134° С не менее 4.000. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376. Размеры клинка: не более 93 x 14 мм	шт	2	55 300,00	110 600,00	ТОО "Медтранс"	55 000,00	110 000,00
3	Клинок для ларингоскопа Mascintosh, № 2	Клинок для ларингоскопа Mascintosh, № 2. Клинок изогнутый, с интгрированной фиброоптикой- в сечении не более 3,0x7,0мм. Иметь матовую полировку нержавеющей стали для предотвращения отражений. Не менее 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения. Интенсивность света не менее 13000 люкс/3,5В. Количество циклов обработки в автоклаве при температуре до 134° С не менее 4.000. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376. Размеры клинка: не более 115 x 17 мм	шт	2	55 300,00	110 600,00	ТОО "Медтранс"	55 000,00	110 000,00
4	Рукоятка для ларингоскопа F. O. 3,5 В	Рукоятка для ларингоскопа фиброоптическая 3,5В, заряжаемая, средняя, (диаметр не более 28мм) с ксеноновым источником света (продолжительность эксплуатации не менее 20 часов) LED, с аккумулятором Li-Ion, для зарядки в устройстве KaWe MedCharge 4000. Патрон лампочки из металла, быстрое и легкое удаление лампы для стерилизации.	шт	5	126 150,00	630 750,00	ТОО "Медтранс"	126 000,00	630 000,00
5	Клинок для ларингоскопа Mascintosh, № 3	Клинок для ларингоскопа Mascintosh, № 3. Клинок изогнутый, с интгрированной фиброоптикой- в сечении не более 3,0x7,0мм. Иметь матовую полировку нержавеющей стали для предотвращения отражений. Не менее 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения. Интенсивность света не менее 13000 люкс/3,5В. Количество циклов обработки в автоклаве при температуре до 134° С не менее 4.000. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376. Размеры клинка: не более 135 x 18 мм	шт	9	55 300,00	497 700,00	ТОО "Медтранс"	55 000,00	495 000,00
6	Клинок для ларингоскопа Mascintosh, № 4	Клинок для ларингоскопа Mascintosh, № 4. Клинок изогнутый, с интгрированной фиброоптикой- в сечении не более 3,0x7,0мм. Иметь матовую полировку нержавеющей стали для предотвращения отражений. Не менее 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения. Интенсивность света не менее 13000 люкс/3,5В. Количество циклов обработки в автоклаве при температуре до 134° С не менее 4.000. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376. Размеры клинка: не более 155 x 18мм	шт	9	55 300,00	497 700,00	ТОО "Медтранс"	55 000,00	495 000,00
7	Клинок для ларингоскопа Mascintosh, № 5	Клинок для ларингоскопа Mascintosh, № 5. Клинок изогнутый, с интгрированной фиброоптикой- в сечении не более 3,0x7,0мм. Иметь матовую полировку нержавеющей стали для предотвращения отражений. Не менее 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения. Интенсивность света не менее 13000 люкс/3,5В. Количество циклов обработки в автоклаве при температуре до 134° С не менее 4.000. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376. Размеры клинка: не более 176 x 20мм	шт	9	55 300,00	497 700,00	ТОО "Медтранс"	55 000,00	495 000,00
8	Клинок для ларингоскопа Miller, № 2	Клинок для ларингоскопа Miller, № 2. Клинка прямые с интгрированной фиброоптикой- в сечении не более 3,0мм. Иметь матовую полировку нержавеющей стали для предотвращения отражений. Не менее 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения. Интенсивность света не менее 13000 люкс/3,5В. Количество циклов обработки в автоклаве при температуре до 134° С не менее 4.000. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376. Размер клинков: не более 154 x 14 мм	шт	1	55 300,00	55 300,00	ТОО "Медтранс"	55 000,00	55 000,00
9	Клинок для ларингоскопа Miller, № 3	Клинок для ларингоскопа Miller, № 3. Клинка прямые с интгрированной фиброоптикой- в сечении не более 3,0мм. Иметь матовую полировку нержавеющей стали для предотвращения отражений. Не менее 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения. Интенсивность света не менее 13000 люкс/3,5В. Количество циклов обработки в автоклаве при температуре до 134° С не менее 4.000. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376. Размер клинков: не более 195x 15 мм	шт	6	55 300,00	331 800,00	ТОО "Медтранс"	55 000,00	330 000,00

№ п/п	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм-я	Кол-во	Цена за единицу, без учета НДС, тенге	Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС,	Потенциальный поставщик	Цена за ед-цу, тенге	Общая сумма, тенге
10	Клинок для ларингоскопа Miller, № 4	Клинок для ларингоскопа Miller, № 4. Клинки прямые с интегрированной фиброоптикой – в сечении не более 3,0мм. Иметь матовую полировку нержавеющей стали для предотвращения отражений. Не менее 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения. Интенсивность света не менее 13000 люкс/3,5В. Количество циклов обработки в автоклаве при температуре до 134° С не менее 4.000. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376. Размер клинков: не более 210x 18 мм	шт	6	55 300,00	331 800,00	ТОО "Мелтранс"	55 000,00	330 000,00
11	Чемодан для ларингоскопа на 3 клинков и 1 рукоятку	Чемодан/кейс для ларингоскопа на 3 клинков (размеры 3,4,5 - Mascintosh) и 1 рукоятку, пустой	шт	4	21 650,00	86 600,00	ТОО "Мелтранс"	16 000,00	64 000,00
12	Чемодан для ларингоскопа на 5 клинков и 1 рукоятку	Чемодан/кейс для ларингоскопа на 5 клинков (размеры 1,2,3,4,5 - Mascintosh) и 1 рукоятку, пустой	шт	6	21 650,00	129 900,00	ТОО "Мелтранс"	21 000,00	126 000,00
13	Соединительный кабель ЭКТ	Соединительный кабель ЭКТ на 3 отведения. Тип крепления: зажим, длина кабеля не менее 3,5 м. Универсальная модель совместимая с дефибрилляторами моделей TEC-7721 K производства Nihon Kohden Corporation, Япония.	шт	5	160 000,00	800 000,00	ТОО "Медико-Инновационные Технологии"	159 000,00	795 000,00
14	Адаптер для самоклеящихся электродов	Адаптер для самоклеящихся электродов. Соединительный кабель-адаптер для самоклеящихся АНД электродов длиной не менее 3,5 м. Универсальная модель совместимая с дефибрилляторами моделей TEC-7721 K производства Nihon Kohden Corporation, Япония.	шт	1	290 000,00	290 000,00	ТОО "Медико-Инновационные Технологии"	288 000,00	288 000,00
	Итого					5 017 525,00			

Исполнительный директор

К. Аширов

Члены комиссии

А. Закиров

Г. Шингожинова

Секретарь комиссии

А. Кожабаева